SUR LES PERFECTIONNEMENTS À APPORTER AUX INSTRUMENTS MÉRIDIENS ET AUX OBSERVATIONS DE POSITION

PAR ANDRÉ DANJON

Abstract. An experimental transit instrument was designed by the author in 1933. Its principal element is a reflecting prism. The discussion of observations made in Strasbourg until 1939 and in Paris in 1947–1950 has proved the merits of the design. The instrumental part of the mean error of a transit is found to be between 7 and 8 milliseconds. A new instrument of the same design with larger aperture has been built for the Paris Observatory and is being put into operation.

It appears desirable that declinations be determined without the use of a graduated circle. For a limited range of declinations the transit instrument with reflecting prism may be adapted to observation of transits in the prime vertical. Reference is made to an impersonal astrolabe with prism designed by the author that would permit the observation of declinations over a wider range.

1. Avec un Cercle Méridien, on peut observer les deux coordonnées au cours d'une même observation; mais on peut aussi opérer en deux fois, au cours de deux soirées différentes. Les partisans de la seconde méthode sont aujourd'hui assez nombreux.

Il paraît en effet désirable d'observer dans un temps donné le plus grand nombre d'étoiles possible, afin de réduire les effets des déformations lentes de l'instrument. Il vaut mieux déterminer 50 ascensions droites, ou 50 déclinaisons en une heure que de déterminer dans le même intervalle 25 ascensions droites et 25 déclinaisons.

D'autre part, en séparant les deux types d'observations on se donne la faculté de les confier à deux instruments différents, chacun d'eux pouvant être bien adapté à sa mission, alors qu'un instrument universel se montre rarement parfait pour chacun de ses usages.

2. Pour déterminer les coordonnées équatoriales, il est nécessaire de passer par l'intermédiaire des coordonnées locales. Tout instrument fondamental comprend donc nécessairement deux parties distinctes, répondant à des besoins différents:

a) Un système de référence auquel on rapporte la position de l'étoile; dans le cas du Cercle Méridien, c'est la lunette micrométrique elle-même.

b) Un second système comprenant des repères locaux invariables, auquel on rapporte la position du premier. Ainsi, la lunette méridienne repose, par l'intermédiaire de deux tourillons cylindriques sur des coussinets portés par des piliers massifs. Un contrôle auxiliaire est assuré grâce au bain de mercure, au niveau, aux mires, etc. . . .

En résumé, l'instrument méridien classique se compose essentiellement d'un système optique dont la position dans l'espace est déterminée par des dispositions mécaniques, supposées efficaces

dans toutes les orientations de la lunette, un contrôle spécial étant possible seulement dans certaines positions particulières.

3. Il résulte de là que les contrôles au moyen du bain de mercure, du niveau ou des mires ne sont valables que si la lunette se comporte comme un corps solide, ou, en d'autres termes, si l'objectif et le micromètre sont liés aux deux tourillons par des liaisons parfaitement rigides et si de plus, les piliers sont eux-mêmes parfaitement stables. Tel est le postulat fondamental sur lequel repose l'emploi de l'instrument méridien classique.

Or, il suffit de considérer attentivement la nature de ces liaisons pour se convaincre du caractère approximatif de ce postulat. On ne peut pas établir de liaisons rigides entre les deux verres d'un objectif, ni entre ces verres et leur monture; ni entre le chariot micrométrique et sa vis ou ses glissières, etc. . . . Les divers matériaux qui entrent dans la construction de la lunette sont assemblés à frottement dur; sous l'effet des variations de température ou de l'inclinaison de la lunette sur la verticale, ces matériaux glissent les-uns par rapport aux autres de manière irréversible. Enfin, la symétrie donnée à la lunette par les constructeurs ne suffit pas à annuler les flexions élastiques latérales, qui ne peuvent pas être ignorées au degré de précision que l'on se propose d'atteindre. Il ne faut pas oublier que la milliseconde correspond à 0.07 micron par mètre de distance focale.

Le Cercle Méridien a reçu depuis un siècle de nombreux perfectionnements de détail qui l'ont grandement amélioré, mais il ne semble pas possible d'espérer de nouveaux progrès dans cette voie.

4. Cependant, si l'on renonce au principe même de cet appareil, on peut essayer de réaliser des instruments plus précis.

a) On peut adopter comme solide de référence autre chose qu'une lunette micrométrique. On

peut penser, par exemple, à un miroir, ou à un prisme (comme dans l'astrolabe à prisme). La lunette d'observation servant alors seulement à constater la coïncidence de deux images d'une même étoile, ses déformations lentes sont sans effet nuisible.

b) Quant aux repères locaux fixes, on doit essayer de les constituer autrement que par des moyens purement mécaniques. On évitera les inconvénients mentionnés plus haut (3), si l'on adopte une méthode optique, dont la précision devra être comparable à celle des observations d'étoiles.

L'auteur a construit en 1933 et il a perfectionné ultérieurement (*Bulletin Astronomique*, 9, 131 et 13, 1) un instrument des passages à réflexion répondant à ces conditions. Le solide de référence est constitué par un prisme à réversion de Wollaston, dont la face réfléchissante est verticale et orientée dans le méridien. Ce prisme est suivi d'une lunette qui sert seulement à constater la coïncidence des deux images de l'étoile, l'une d'elles étant vue par transmission directe, l'autre par réflexion dans le prisme. La coïncidence est déterminée à l'aide d'un micromètre impersonnel, soit à fil, soit à double image.

Le prisme est solidaire de la lunette et il tourne donc avec elle autour d'un axe horizontal Est-Ouest, quand l'observateur passe d'une étoile à la suivante. Il est indispensable de déterminer chaque fois sa position dans l'espace, afin de rapporter ultérieurement toutes les observations à un méridien déterminé. On emploie pour cela un collimateur latéral placé soit à l'Est, soit à l'Ouest, et grâce auquel on détermine la position de la face réfléchissante du prisme de Wollaston par autocollimation. Le collimateur est porté par un pilier massif. Il reste immobile. L'autocollimation peut être visuelle, mais on peut aussi photographier le réticule et son image réfléchi, sans toucher au collimateur, dont la fixité est ainsi assurée.

Des opérations très simples, décrites dans le *Bulletin Astronomique* permettent de déterminer l'inclinaison du collimateur, rapportée à un bain de mercure placé sous le prisme et la lunette, lesquels sont alors dirigés vers le nadir. Quant à l'azimut du collimateur, il se déduit d'observations de circumpolaires en passages supérieur et inférieur, selon la méthode classique.

5. En fait, la pratique a montré l'utilité d'un second collimateur, opposé au premier, pour le contrôle général des opérations. On dispose donc de deux collimateurs, l'un à l'Est, l'autre à l'Ou-

est de l'instrument. Le prisme peut être retourné, de manière à présenter sa face réfléchissante vers l'un ou l'autre des collimateurs. Cette disposition est avantageuse, car elle permet de mettre en évidence et de mesurer avec précision les erreurs systématiques qui peuvent affecter les observations.

Supposons, par exemple, que la mesure de l'inclinaison soit affectée d'une erreur systématique. L'erreur aura la même valeur pour les deux collimateurs mais elle sera de sens opposés. Si l'on enlève le prisme et si l'on pointe l'un des collimateurs sur l'autre, les pointés faits à l'aide du fil horizontal devront satisfaire à une certaine équation linéaire où figureront aussi les inclinaisons. Si l'on trouve un résidu non négligeable, on en déduira aisément l'erreur systématique de l'inclinaison. Un contrôle analogue peut porter sur les azimuts, mais un exposé beaucoup plus complet serait nécessaire pour donner une idée précise de toutes les applications de cette méthode générale.

Aucun des autres instruments proposés pour l'observation des passages ne possède un dispositif de contrôle absolu tel que celui qui vient d'être sommairement décrit.

6. L'instrument d'essai construit en 1933 a été utilisé à Strasbourg jusqu'en 1939, puis à Paris, de 1947 à 1950. Il avait seulement 6cm d'ouverture (lunette et collimateur). La discussion des observations a pleinement justifié le principe de l'instrument. L'erreur quadratique d'un passage d'étoile a été trouvé de 7 à 8 millisecondes pour la part afférente à l'instrument. Les écarts internes du FK3 ont été aisément mis en évidence.

L'utilité du second collimateur a été reconnue à une époque où la lunette d'observation se trouvait posséder un résidu notable de coma au foyer principal, par suite de l'écrasement de l'une des cales placées entre les deux verres de l'objectif. L'effet de cette coma put être mesuré avec précision, alors que la déformation des images stellaires était à peine visible. A la suite de cette observation, l'auteur a appelé l'attention des astronomes sur les effets de la coma dont presque tous les instruments méridiens sont affectés. Les méthodes de correction de la coma, utilisant des tests qualitatifs, sont insuffisantes pour affranchir l'instrument de ces effets.

La plupart des observateurs paraissent ignorer cette très importante cause d'erreurs.

7. A la suite des essais poursuivis de 1933 à 1950, un nouvel instrument à réflexion, de 12cm